

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 1760
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: Adrenalina autoniettabile per soggetti allergici in età pediatrica a particolare rischio di anafilassi – farmaco salvavita

PREMESSO

- *Che con l'Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 279 presentata nella Seduta 96 del 15/9/2020, inerente a "Adrenalina autoiniettabile per soggetti allergici in età pediatrica" si era dettagliatamente spiegato le ragioni per cui il farmaco denominato Chenpen fornito dalla detta Bioproject con l'assegnazione del bando del 23 gennaio 2016, risultava inferiore e carente dal punto di vista della sicurezza rispetto ai prodotti approvvigionati in precedenza;*
- *Che, nell'esposizione dell'interrogazione si dettagliava che le nuove siringhe assegnate non hanno le medesime caratteristiche di quelle precedenti e, in particolare, sono molto più scomode da usare, dal punto di vista della sicurezza danno meno garanzie e devono - ricordo - essere utilizzate in situazioni di particolare difficoltà (magari con il bambino nel panico perché è in preda a una pre-crisi di anafilassi e non ha intorno il genitore che la sa usare, ma le maestre o qualche altro operatore presente), è chiaro che il fatto che le precedenti fossero molto più agevoli, molto più rapide, più protette e più sicure dava una determinata garanzia che queste successive non danno. La nostra preoccupazione è sollecitata proprio dalle associazioni dei genitori di questi bambini, i quali dicono addirittura, nelle raccomandazioni della nuova penna, che c'è scritto che, visto che una sola iniezione potrebbe non essere sufficiente, non per la quantità, ma per il fatto di non riuscire ad arrivare a destinazione, di portarsene sempre due;*
- *Che le siringhe autoiniettabili Chenpen richiedono l'uso delle due mani per liberare la siringa dalla protezione e l'ago resta scoperto sia prima che dopo l'iniezione con il pericolo di forarsi inavvertitamente; non è fornito di involucro di protezione per cui si possono accidentalmente rompere; non è fornita alcuna demo ai genitori;*

- *Che nella risposta all'interrogazione stessa l'Assessore alla Sanità asseriva che "in estrema sintesi, la gara è stata espletata, dobbiamo sottostare al contratto di gara, **ma certamente sulla prossima fornitura queste indicazioni saranno rese cogenti nella prossima gara;***

RILEVATO INVECE CHE

- *la gara 04/2022 per la fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e per conto e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, Codice procedura SCRSDAFA04CC01) ha riconfermato la fornitura al farmaco CHENPEN, senza quindi recepire le indicazioni di cui all'interrogazione ed al successivo impegno in merito dell'Assessorato*

INTERROGA

l'Assessore Regionale alla Sanità, per sapere quali sono le ragioni per cui si è proceduto alla gara di cui in premessa senza recepire e rendere cogenti le indicazioni di cui alla premessa e come a questo possa essere posto rimedio.

Torino, 15 marzo 2024

Mario GIACCONE