

*Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte*

## **INTERROGAZIONE n. 643**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 99, comma 7 del Regolamento interno

**OGGETTO: *Acquisizione macchinario "Filmarray" per Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Asti***

### **Premesso che**

- l'Ospedale Cardinal Massaia di Asti svolge un ruolo fondamentale nella tutela della salute dei residenti dell'intero territorio della provincia di Asti, che conta circa 215 mila abitanti;
- la capacità di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in termini di diagnostica e cura dipende non solo dalla presenza di un personale adeguato in termini di numero e competenze, ma anche dalla disponibilità di macchinari specializzati, tecnologicamente avanzati e sottoposti a costante manutenzione;

### **premessò, altresì, che**

- uno strumento di rilevante importanza, ampiamente utilizzato da Aziende Sanitarie, è il Filmarray, un dispositivo per la diagnostica urgente di meningoencefaliti, infezioni del torrente circolatorio e dell'apparato respiratorio;
- questa apparecchiatura risulta essere insostituibile per l'individuazione rapida di agenti patogeni batterici o virali che mettono in immediato pericolo di vita il paziente, consentendo di avviare tempestivamente una terapia antibiotica mirata, che spesso si rivela risolutiva;

### **rilevato, tuttavia, che**

- il Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Asti non dispone attualmente di tale macchinario. Gli accertamenti di questo tipo, richiesti ma non eseguibili con la strumentazione in possesso dell'ASL vengono effettuati ricorrendo all'ASO di Alessandria;
- tali richieste "esterne" comportano per l'ASL Asti spese molto rilevanti. La disponibilità del macchinario Filmarray consentirebbe, secondo stime attendibili, un risparmio annuo di circa 55 mila euro a fronte di una spesa per l'acquisizione non altrettanto ingente;

### **appreso che**

- il competente Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) ha già approvato l'acquisizione del suddetto macchinario per l'ASL di Asti. Attualmente si è ancora in attesa della necessaria approvazione da parte della Commissione Regionale HTA;

### **vista la risposta**

- al mio Question Time datata 20 gennaio 2025 in cui si diceva che era necessario ancora completare, a livello regionale, la valutazione di coerenza con le linee di indirizzo regionali

## **INTERROGA**

### **l'Assessore regionale competente in materia**

- **per conoscere** se si è concluso il suddetto iter di valutazione di coerenza, l'esito di tale valutazione e, in caso di riscontro positivo, quali siano le tempistiche per l'arrivo e l'entrata in funzione del macchinario Filmarray presso l'Ospedale Cardinal Massaia di Asti, così da garantire un servizio di diagnostica urgente efficiente e tempestivo per i pazienti della provincia.